

公告日期：[中華民國 106 年 2 月 13 日](#)

招標公告

[公告方式] 僅公告於本校首頁採購資訊

本標案已同步於電子交易市集公告，必要時得請廠商前來本校議價，未到場者視為放棄議比價之權利。

103.10 版

[標案案號] 總採字第 10500078 號

[招標機關] 中國醫藥大學

[招標機關地址] 404台中市北區學士路91號

[中文標的名稱及數量摘要] 醫技系BSL2病毒實驗室追加工程

[聯絡人(或單位)] 洪子涵 小姐

[聯絡電話] 04-22053366 分機 1310

[聯絡傳真] 04-22051276

[招標狀態] 第一次 第二次 第三次 招標


[招標方式] 公開招標 選擇性招標

[標的分類] 工程 財物 勞務

[決標方式] 最低標價決標 最高標價得標 最有利標決標

[領標及投標期限] 即日起至 106 年 2 月 15 日 17時00分止(以送達本校100號信箱時間為準)

[收受投標文件地點] 投標文件請自行密封並黏貼「投標標封」於投標文件標封外，以郵寄或於本校上班時間 (週一至週五上午08：00~12：00、下午13：00~17：00)親自送達本校郵政代辦所第100號信箱(地址：台中市北區學士路91號第100號信箱，校區地圖如下)，以送達時間為準。



[開標日期] 106 年 2 月 16 日 10 時 00 分

[開標地點]中國醫藥大學立夫教學大樓6樓第四會議室

[投標文字] 中文

[廠商資格摘要及檢附資料]：須依法取得政府相關單位核發之公司行號登記證明且登記證明文件內載核准之營業項目須符合本招標案工作內容，相關證照須齊全並無不良紀錄者。必須檢附下列相關資料並加蓋公司大小章。

■公司設立登記文件（請務必至經濟部網頁下載「公司基本資料」或財政部網頁下載公司「營業(稅籍)登記資料」，且須加蓋公司大小章）

如公司登記或商業登記證明文件，非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機關核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。

■非負責人出席時檢附授權書

■報價單(請依附件報價單報價)

[疑義、異議受理單位] 中國醫藥大學總務處事務組。

投標廠商對於本案採購產生異議，得於下列期限內，以書面向本校提出異議：

- 一、對招標文件規定提出異議者，為自公告之次日起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。
- 二、對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充提出異議者，為接獲本校通知或公告之次日起十日。
- 三、對採購之過程、結果提出異議者，為接獲本校通知或公告之次日起十日。其過程或結果未經通知或公告者，為知悉或可得而知悉之次日起十日。但至遲不得逾決標日之次日起十五日。

本校應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。

[其他]：

1. 本標案已於本校首頁「採購資訊」公告，廠商必須前來本校參加開標，未到場者視為放棄議比價之權利。
2. 報價限國內廠商，且報價金額均為含稅價。
3. 報價規格若與招標規格不同，請於報價單提出詳細說明，以本校解釋為準。
4. 履約保證金為決標價金額10%，保固金為驗收後金額5%。
5. 保固期為自交貨驗收合格日起負責保固儀器2年，電腦設備4年，軟體免費更新升級2年；保固期間內如有維修必要，於通知後必須於3小時內至指定地點，若有特殊原因，請提書面說明。
6. 投標廠商如有違反政府採購法第五十條各款之規定，經本校於開標前發現者，其所投之標不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商；決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標，終止或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符合公共利益，並經本校核准者，不在此限。


上述不予開標或決標情形致採購程序無法繼續進行者，本校得宣布廢標。

7. 得標廠商應負責安裝定位及完成測試，有關電源接線，漏電斷路器及接地，須經本校機電人員查核同意後施作，其一切費用由得標廠商負擔。辦理驗收時有關電源等部分須經本校機電人員查核同意。
8. 投標廠商應於投標前詳細審慎閱讀本校所提供之全部圖說文件及契約內容，可上網查閱本校總務處事務組網頁表單下載區閱覽，如屬配合工程(安裝)設備，並應自行赴施工地點詳實勘查，俾以明瞭本工程一切有關事項，並對運輸、工棚、儲料及用水用電等有所安置，惟如有疑問或不明瞭處，投標前得向本校承辦單位電話請求解釋(聯絡電話04-22053366轉分機：__先生/小姐)，投標後不得提出任何異議或藉詞要求加價，施工期間一切水電等設備，及所需費用概由得標人自理。
9. 投標廠商報價有效期為報價日起3個月內，並請註明履約期限，但最後履約期限以本校規定時間為準。
10. 得標廠商應於接獲決標通知之日起五日內至本校總務處事務組簽訂契約，如無故不來簽約，本校得取消得標資格，並不可參與本校投標一年。
11. 投標廠商所提之規格若與本招標公告規格內容不一致，除經本校審標時接受者外，皆以招標公告規格為準。
12. 得標廠商於得標後因不可抗力之因素需更改交貨產品，需經申請單位及本校相關單位審查同意後變更，且以上變更將不影響決標總金額；變更同意文件需列入契約附件。
13. 廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳：
 - 一、以偽造、變造之文件投標。
 - 二、投標廠商另行借用他人名義或證件投標。
 - 三、冒用他人名義或證件投標。
 - 四、在報價有效期間內撤回其報價。
 - 五、開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。
 - 六、得標後未於規定期限內，繳足保證金或提供擔保。
 - 七、押標金轉換為保證金。
 - 八、其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。
14. 禁止轉包：得標者應以本身能力自行經營，不得轉包他人經營，如違反規定，機關得解除契約、終止契約及沒收保證金，並得要求損害賠償。
15. 本公告如有未盡事宜，得由本校解釋之；如有疑義請於投標截止日前2日以書面提出，從本校之解釋。

投標標封

標案案號：總採字第 10500078 號

中文標的名稱及數量摘要：醫技系BSL2病毒實驗室追加工程。



收件者：

404

台中市北區學士路91號

中國醫藥大學郵政代辦所第 100 號信箱

寄件者：

廠商名稱：_____

廠商地址：_____

連絡電話：_____

廠商統編：_____

附件

項次	品名	詳細規格	數量																																	
1	AHD 高畫質監控系統	1. YC-A7104 AHD 4 路高畫質錄影主機(含 1TB 硬碟) 2. 錄影天數 30 天,每秒 7 張, YA-20804 貳佰萬紅外線攝影機*1 3. 施工費*1 材料五金*1	1 套																																	
2	高效率加壓風車 605*605CM 及濾網 60*60CM(含電源及開孔)	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">項目 Item</th> <th style="width: 45%;">規格 Specifications</th> <th style="width: 40%;">備註 Remarks</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">風扇尺寸 Fan Size</td> <td>575mmX575mm</td> <td rowspan="4">標準尺寸除標準以外, 可依照客戶需求或另專案設計。 Module size can be designed according to customer's requirements besides standard module.</td> </tr> <tr> <td>605mmX605mm</td> </tr> <tr> <td>5975mmX575mm</td> </tr> <tr> <td>1215mmX605mm</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="text-align: center;">風速 Air flow velocity</td> <td>電壓1相</td> <td>0.430.40.35 m/s (ft / Me / L/s)</td> </tr> <tr> <td>電壓3相</td> <td>0.43 m/s</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="text-align: center;">工業網 Main filter</td> <td>HEPA</td> <td>0.3µm Over99.99% HEPA:High Efficiency Particulate Air</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">ULPA</td> <td>0.1µm Over99.9999%</td> <td rowspan="2">ULPA:Ultra Particulate Air</td> </tr> <tr> <td>0.1µm Over99.99999%</td> </tr> <tr> <td>PTFE</td> <td>0.1µm Over99.9999%</td> <td>PTFE:Poly Tetra Fluoro Ethylene</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">主體 Main body</td> <td>材質型</td> <td>不銹鋼殼(DU5430) Stainless Steel (DU5430)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">電源 Power supply</td> <td>標準型</td> <td>3/220V 60Hz 1Ø 220V 50Hz ; 1Ø 220V 60Hz 1Ø 110V 50Hz ; 1Ø 110V 60Hz 如無其他特殊需求, 請與我們洽詢。</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">安裝配件 Option</td> <td>前置濾網 (Pre-Filter) 電源電線線組 (Power plug and cable) 軟入口法蘭 (Duct flange for suction air)</td> <td>主體保護 升級式自動倉</td> </tr> </tbody> </table>	項目 Item	規格 Specifications	備註 Remarks	風扇尺寸 Fan Size	575mmX575mm	標準尺寸除標準以外, 可依照客戶需求或另專案設計。 Module size can be designed according to customer's requirements besides standard module.	605mmX605mm	5975mmX575mm	1215mmX605mm	風速 Air flow velocity	電壓1相	0.430.40.35 m/s (ft / Me / L/s)	電壓3相	0.43 m/s	工業網 Main filter	HEPA	0.3µm Over99.99% HEPA:High Efficiency Particulate Air	ULPA	0.1µm Over99.9999%	ULPA:Ultra Particulate Air	0.1µm Over99.99999%	PTFE	0.1µm Over99.9999%	PTFE:Poly Tetra Fluoro Ethylene	主體 Main body	材質型	不銹鋼殼(DU5430) Stainless Steel (DU5430)	電源 Power supply	標準型	3/220V 60Hz 1Ø 220V 50Hz ; 1Ø 220V 60Hz 1Ø 110V 50Hz ; 1Ø 110V 60Hz 如無其他特殊需求, 請與我們洽詢。	安裝配件 Option	前置濾網 (Pre-Filter) 電源電線線組 (Power plug and cable) 軟入口法蘭 (Duct flange for suction air)	主體保護 升級式自動倉	1 組
項目 Item	規格 Specifications	備註 Remarks																																		
風扇尺寸 Fan Size	575mmX575mm	標準尺寸除標準以外, 可依照客戶需求或另專案設計。 Module size can be designed according to customer's requirements besides standard module.																																		
	605mmX605mm																																			
	5975mmX575mm																																			
	1215mmX605mm																																			
風速 Air flow velocity	電壓1相	0.430.40.35 m/s (ft / Me / L/s)																																		
	電壓3相	0.43 m/s																																		
工業網 Main filter	HEPA	0.3µm Over99.99% HEPA:High Efficiency Particulate Air																																		
	ULPA	0.1µm Over99.9999%	ULPA:Ultra Particulate Air																																	
		0.1µm Over99.99999%																																		
	PTFE	0.1µm Over99.9999%	PTFE:Poly Tetra Fluoro Ethylene																																	
主體 Main body	材質型	不銹鋼殼(DU5430) Stainless Steel (DU5430)																																		
電源 Power supply	標準型	3/220V 60Hz 1Ø 220V 50Hz ; 1Ø 220V 60Hz 1Ø 110V 50Hz ; 1Ø 110V 60Hz 如無其他特殊需求, 請與我們洽詢。																																		
安裝配件 Option	前置濾網 (Pre-Filter) 電源電線線組 (Power plug and cable) 軟入口法蘭 (Duct flange for suction air)	主體保護 升級式自動倉																																		
3	高效率過濾網	 <p>濾材為疏水性超細玻璃纖維, 連續性過濾材以波浪狀超微異板, 效率為MIL-S14-282 0.3µm 95% - 99.97% - 99.99%及 99.999% (或依EN-1822 MPPS H10-H14) 高效率過濾網供應標準風量(STD)及高風量(HI)兩種系列, 外觀材質可選用木框、金屬框之箱型或法蘭型, 依特殊使用性質, 可選用耐高溫型濾網。</p>	1 組																																	
4	迴風風管(PVC軟管)及保溫		1 片																																	
5	吊管工資及五金		1 式																																	

委託代理授權書

本廠商投標

採購案號： 10500078

標案名稱： 醫技系 BSL2 病毒實驗室追加工程

茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使議比價、領退回押標金、說明等事項，恐口無憑，特立委託書一紙為據。

本授權書自簽發之日起生效

此致

中國醫藥大學

委託廠商：

負責人：

地址：

電話：

統編：

公司章

負責人章

代理人姓名：

身分證字號：

中華民國 年 月 日