

公告日期：[中華民國 109 年 7 月 2 日](#)

招標公告

[公告方式] 僅公告於本校首頁採購資訊

本標案已同步於電子交易市集公告，必要時得請廠商前來本校議價，未到場者視為放棄議比價之權利。

108.04 版

[招標機關及地址] 中國醫藥大學 404台中市北區學士路91號

[聯絡人(或單位)] 林佳樺 小姐

[聯絡電話] 04-22053366 分機 1317

[聯絡Mail] reenam1222@mail.cmu.edu.tw

[聯絡傳真] 04-22051276

採購資料

[標案案號] 總採字第 10900062 號

[中文標的名稱及數量摘要] 微量盤離心機及離心機案

[標的分類] 工程 財物 勞務

[後續擴充] 否

是(規定如下說明)

依政府採購法第 22 條第 1 項第 7 款，須敘明後續擴充之期間、金額或數量：

(一)保留後續擴充之期間為 1 年，其擴充金額以契約價金 100%為限。

(二)保留後續擴充之項目及內容：依原契約價金、項目、條件、內容。

(三)後續擴充增購辦理方式：廠商願以原契約價金條件繼續承包，機關並得以換文方式辦理，免辦招標作業。

招標資料

[招標方式] 公開招標 選擇性招標 最有利標

[招標狀態] 第一次 第二次 第三次 招標

[決標方式] 最低標 最高標 準用最有利標 取最有利標精神

領投開標

[是否提供電子投標] 否 是

[領標及投標期限] 109年7月2日起至109年7月6日17時00分止(以送達本校100號信箱時間為準)

[收受投標文件地點] 投標文件請自行密封並黏貼「投標標封」於投標文件標封外，以郵寄或於

本校上班時間 (週一至週五上午08：00~12：00、下午13：00~17：00)親自送達本校郵政代辦所第100號信箱(地址：台中市北區學士路91號第100號信箱，校區地圖如下)，以送達時間為準。



[開標日期] 109年7月7日下午1時30分

[開標地點] 中國醫藥大學立夫教學大樓6樓第 四 會議室

[投標文字] 中文

其他

[履約地點] 校本部(台中市北區學士路91號) 北港分部(雲林縣北港鎮新德路123-1號)

■其他： 水湳校區

[履約期限] ■109年8月31日前履約完成。

[廠商資格摘要及檢附資料]：須依法取得政府相關單位核發之公司行號登記證明且登記證明文件內載核准之營業項目須符合本招標案工作內容，相關證照須齊全並無不良紀錄者。必須檢附下列相關資料並加蓋公司大小章。

廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係不實之文件者，依採購法第50條規定辦理。

■公司設立登記文件（請務必至經濟部網頁下載「公司基本資料」或財政部網頁下載公司「營業(稅籍)登記資料」，且須加蓋公司大小章）

如公司登記或商業登記證明文件，非屬營利事業之法人、機構或團體依法須辦理設立登記之證明文件、工廠登記證、許可登記證明文件、執業執照、開業證明、立案證明或其他由政府機關或其授權機關核發該廠商係合法登記或設立之證明文件。

■非負責人出席時檢附授權書

■報價單(請依附件報價單報價，並詳列報價規格廠牌型號等內容)

■契約書草約

[疑義、異議受理單位] 中國醫藥大學總務處事務組。

投標廠商對於本案採購產生異議，得於下列期限內，以書面向本校提出異議：

- 一、對招標文件規定提出異議者，為自公告之次日起等標期之四分之一，其尾數不足一日者，以一日計。但不得少於十日。
- 二、對招標文件規定之釋疑、後續說明、變更或補充提出異議者，為接獲本校通知或公告之次日起十日。
- 三、對採購之過程、結果提出異議者，為接獲本校通知或公告之次日起十日。其過程或結果未經通知或公告者，為知悉或可得而知悉之次日起十日。但至遲不得逾決標日之次日起十五日。

本校應自收受異議之次日起十五日內為適當之處理，並將處理結果以書面通知提出異議之廠商。

[其他]：

1. 本標案已於本校首頁「採購資訊」公告，廠商必須前來本校參加開標，未到場者視為放棄議比價之權利。
2. 報價限國內廠商，且報價金額均為新台幣含稅價；如為外幣報價，則以開標當天臺灣銀行現金即期賣出匯率換算。
3. 報價規格若與招標規格不同，請於報價單提出詳細說明，以本校解釋為準。
4. 履約保證金為決標價金額10%，保固金為驗收後金額5%。
5. 保固期為自交貨驗收合格日起算2年為原則，如有變動則以本案規格內容為主；保固期間內如有維修必要，於雙方協議後之時間內至指定地點，若有特殊原因，請提書面說明。
6. 投標廠商如有違反政府採購法第五十條各款之規定，經本校於開標前發現者，其所投之標不予開標；於開標後發現者，應不決標予該廠商；決標或簽約後發現得標廠商於決標前有前項情形者，應撤銷決標，終止或解除契約，並得追償損失。但撤銷決標、終止契約或解除契約反不符合公共利益，並經本校核准者，不在此限。

上述不予開標或決標情形致採購程序無法繼續進行者，本校得宣布廢標。

7. 得標廠商應負責安裝定位及完成測試，有關電源接線，漏電斷路器及接地，須經本校機電人員查核同意後施作，其一切費用由得標廠商負擔。辦理驗收時有關電源等部分須經本校機電人員查核同意。
8. 投標廠商應於投標前詳細審慎閱讀本校所提供之全部圖說文件及契約內容，可上網查閱本校總務處事務組網頁表單下載區閱覽，如屬配合工程(安裝)設備，並應自行赴施工地點詳實勘查，俾以明瞭本工程一切有關事項，並對運輸、工棚、儲料及用水用電等有所安置，惟如有疑問或不明瞭處，投標前得向本校承辦單位電話請求解釋(聯絡電話04-22053366轉分機：__先生/小姐)，投標後不得提出任何異議或藉詞要求加價，施工期間一切水電等設備，及所需費用概由得標人自理。
9. 投標廠商報價有效期為報價日起3個月內，並請註明履約期限，但最後履約期限以本校規定

時間為準。

10. 得標廠商應於接獲決標通知之日起五日內至本校總務處事務組簽訂契約，如無故不來簽約，本校得取消得標資格，並不可參與本校投標一年。
11. 投標廠商所提之規格若與本招標公告規格內容不一致，除經本校審標時接受者外，皆以招標公告規格為準。
12. 得標廠商於得標簽約後因不可抗力之因素需更改交貨產品，需經申請單位及本校相關單位審查同意後變更，且以上變更將不影響決標總金額；變更同意文件需列入契約附件。
13. 禁止轉包：得標者應以本身能力自行經營，不得轉包他人經營，如違反規定，機關得解除契約、終止契約及沒收保證金，並得要求損害賠償。
14. 本公告如有未盡事宜，得由本校解釋之；如有疑義請於投標截止日前2日以書面提出，從本校之解釋。

投標標封

標案案號：總採字第 10900062 號

中文標的名稱及數量摘要：微量盤離心機及離心機案



收件者：

404

台中市北區學士路**91**號

中國醫藥大學郵政代辦所第 100 號信箱

寄件者：

廠商名稱：

廠商地址：

連絡電話：

廠商統編：

本標案規格

項次	品名	詳細規格	數量
1	盤式專用 離心機	1)最高迴轉速：3,700rpm 2)最大離心力：1,530xg 具有離心力及轉速換算功能 3)最大處理量：Deep-Well Platex2/Micro Platex6 4)控制方式： 微電腦控制；可設定：轉速、離心力、時間、加速／減速、強弱（可設定任一轉速點在煞車過程，自動關掉煞車，以自然減速至停止） 5)具有 Memo, Flashing 記憶功能，可記住 Spin Down 離心的時間，第二次再按下 Flashing 鍵，就可以不需一直按住 Flash 鍵 6)採用新型不平衡偵測裝置，啟動 2 秒就可偵測出不平衡 7)具有 3 組程式選擇快速鍵 8)可記憶 99 組程式 9)驅動方式：變頻式無碳刷馬達，免換碳刷 10)計時器：微電腦數字設定 1 秒/1 分/1 小時選擇，附 HOLD 11)轉速設定範圍：200~3700rpm(10rpm step) 12)離心停止警示音：至少 10 種音樂及靜音可供選擇 13)安全裝置： A. 不平衡感應器 B. OVER SPEED 感應器 C. Motor, 變頻器及電路異常檢知功能 14)電源：AC110V/60Hz/8A 15)尺寸：34(W)x42(D)x33(H)cm(W, D, H 各自±2cm) 16)開蓋高度：66±2cm 17)重量：20±2Kg 18)通過 ISO-9001 及 ISO-13485 國際品質認證 19)符合 IEC 61010-2-020 國際安全規範	1 台
2	血容積比 離心機	1)最高迴轉速：12,000 rpm 2)最大離心力：15,000 xG 3) HT Rotor:毛細管 x30 4) ONE TOUCH 壓著式內蓋 5)速度可變範圍：300 ~ 12,000 rpm。 6)計時器：數字式 1 秒~99 秒, 1 分~99 分 with HOLD 7)控制方式：微電腦控制，數字顯示與設定(速度, 時間) 8)警示顯示：a. 開蓋 b. 不平衡 c. 超速 d. 電路故障 9)通過 ISO-9001 國際品質認證 10)符合 IEC 61010-2-020 國際安全規範	1 台

備註：

1. 以上如需安裝，實際安裝位置在施工前需與校方確認後，方可施工，廠商標價需為含稅價。
2. 廠商投標時請檢附設備之型錄正本或影本，以供審查其規格是否符合條件。投標送審之型錄請自行驗證，開標當時不得補件，若提供之資料不夠詳細，以至本單位無法正確審查時，視為規格不符處理，投標廠商不得異議。投標廠商需於型錄影本明示規格所在以利審查，並加蓋投標廠商及負責人印章，若為外文型錄需譯為中文。
3. 校方提供現場水電、網路線路等插座點位置，廠商須自行拉設相關電源至定位，確保設備正常運作。

委託代理授權書

本廠商投標

案 號：10900062

標案名稱：微量盤離心機及離心機案

茲授權下列代理人全權代理本廠商參加開標、行使議比價、領退回押標金、說明等事項，恐口無憑，特立委託書一紙為據。

本授權書自簽發之日起生效

此致

中國醫藥大學

委託廠商：

負 責 人：

地 址：

電 話：

統 編：

公 司 章

負
責
人
章

代理人姓名：

身分證字號：

中國醫藥大學為辦理招標作業之目的，本表單所蒐集之個人資訊，將僅作為招標作業之用。

您得本招標公告聯絡方式行使查閱、更正等個人資料保護法第3條的當事人權利。如您提供的資料不完整或不確實，將可能無法完成本次申請。

中 華 民 國 年 月 日

中國醫藥大學財物採購契約

中國醫藥大學 甲

立契約書人 (以下簡稱 方) 雙方同意訂立契約條款如下：

乙

- 一、品名：(以中文為準，甲方認定確有必要者得以外文補充之)
- 二、數量：
- 三、規格：詳如附件甲方提供之規格確認表
- 四、契約價金(含運費、安裝測試、保險及稅金等)：新台幣_元整。
- 五、交貨地點：(甲方指定地點)
- 六、交貨期限： 年 月 日前(限期)全部完成交貨。交貨時以甲乙雙方簽名之交貨單為準。
- 七、驗收：甲方於乙方完成交貨後 30 日內辦理驗收，並作成驗收紀錄。
- 八、驗收後付款：於驗收合格並完成保固金繳納後辦理付款。
- 九、逾期違約金：乙方如未依照契約規定交貨期限完成履約，應按逾期日數，每日依契約價金總額 3%計算逾期違約金。逾期違約金之總額(含逾期未改正之違約金)，以契約價金總額之 20%為上限。逾期違約金之支付，甲方得自應付價金中扣抵；其有不足者，得通知乙方繳納或自保證金扣抵。乙方如因不可抗力或不可歸責於契約當事人之事由，致未能依時履約者，須於履約期限 10 日前備妥書面文件向甲方申請展延履約期限。
- 十、履約保證金：乙方應於甲方書面通知 5 日內完成繳納履約保證金新台幣_____元整(以契約價金 10%計算至 10 位數，以現金或支票繳納)始辦理簽約。於驗收合格並完成保固金繳納後 20 日內無息一次全部退還，乙方違反契約規定時，甲方得依契約規定予以沒收或進行罰扣。
- 十一、保固金及年限：於驗收合格後 20 日內須完成保固金繳納 (以契約價金 5%計算至 10 位數，以現金或支票繳納)新台幣_____元整，保固年限 儀器設備 2 年個人電腦 4 年 筆記型電腦 4 年 平板電腦__年 軟體__年 (以上包括零件及工時費全免)，保固期滿且無待解決事項後，於乙方提出申請後 20 日內無息一次全部退還。
- 十二、個人資料保護責任
 - (一)乙方因執行本契約有蒐集、處理或利用個人資料之必要時，應符合個人資料保護法第 19 條或第 20 條要件。乙方處理前開個人資料，應詳閱甲方「個人資料保護政策」(<https://cc.cmu.edu.tw/pims/policy.html>)，遵守個人資料保護法及其他相關法規之規定，並受甲方之監督。
 - (二)乙方應管理相關委外專案人員及外部人員之各項資訊資產存取權限，導入個人資料管理流程。

(三)甲方委託乙方蒐集、處理或利用個人資料有權保留指示之事項，乙方僅得於甲方指示之範圍內進行蒐集、處理或利用；乙方如認為甲方之指示有違反個人資料保護法相關法令者，應立即以書面通知甲方。

(四)乙方不得將甲方委託事項複委託予第三方。

(五)甲方委託乙方蒐集、處理或利用個人資料之範圍、類別、特定目的及期間如下：(無者免填)

1. 範圍：
2. 類別：
3. 特定目的：
4. 期間：

(六)乙方於執行業務所必須之範圍內，應依個人資料保護法第 27 條規定採行適當之安全維護措施，以防止個人資料被竊取、竄改、毀損、滅失或洩漏。該安全維護措施，得包括下列事項：

1. 配置管理之人員及相當資源。
2. 界定個人資料之範圍。
3. 個人資料之風險評估及管理機制。
4. 事故之預防、通報及應變機制。
5. 個人資料蒐集、處理及利用之內部管理程序。
6. 資料安全管理及人員管理。
7. 認知宣導及教育訓練。
8. 設備安全管理。
9. 資料安全稽核機制。
10. 使用紀錄、軌跡資料及證據保存。
11. 個人資料安全維護之整體持續改善。
12. 其他甲方指示事項。

前項之安全維護措施，乙方應向甲方提出「CMU-PIMS-D-021 委外處理個人資料保護管理制度檢核表」，必要時甲方得隨時到場稽核，乙方不得拒絕之。

(七) 乙方應依甲方要求，或於委任關係終止或解除時，刪除因履行本合約而蒐集之個人資料，且不得以任何形式留存，並於驗收或付款前提供刪除紀錄或返還。

(八)乙方因執行本契約所蒐集之個人資料，有被竊取、洩漏、竄改或其他侵害之情形時，於發現後，應立即通知甲方並採取因應措施；乙方於查明後應將其違反情形、涉及個人資料範圍、採行及預計採行之補救措施，經甲方同意後，依法以適當方式通知當事人。若致當事人受有損害者，乙方應自負損害賠償責任。

(九)乙方違反本條規定者，甲方得以書面通知其改善，逾期不改善者，每日依契約價金總額千分之一計算違約金，違約金上限為契約價金總額百分之二十為上限。若因此造成甲方其他損害（包括但不限於罰鍰），並得請求損害賠償。

(十)本契約終止或解除時，乙方就執行本契約所蒐集之個人資料，應依甲方指示交付予甲方或刪除之，
乙方就該個人資料不得再為利用。

(十一)本契約終止或解除後，乙方依本條規定或依個人資料保護法及其相關法規規定所生之責任義務，不因之解除或消滅。

十三、其他：

- 1.圖書無保固事宜，惟交書率須達 97%以上，於驗收合格後辦理付款。
- 2.乙方應負責安裝定位及測試(含電源接線，漏電斷路器及接地等)，其一切費用由乙方負擔，於保固年限內移機亦同。
- 3.如有辦理電源接線、漏電斷路器及接地等作業，乙方應聘請領有政府核發合格技術證照之人員施工，並應將相關證照影本檢送甲方存查，必要時乙方應洽甲方機電人員協助。如未確實辦理，因而造成甲方任何災害損失，乙方應負完全責任。
- 4.甲方如查出其他供應商所供應之同廠牌具有相同功能規格，而價格低於本契約價金時，甲方得要求乙方退還價差，乙方不得異議。
- 5.交貨規格不符及甲方驗收有缺失者，乙方應負責於 30 日內改善、拆除、重作、退貨或換貨(以下簡稱改正)。逾期未改正者依第九條規定計算逾期違約金。
- 6.本契約未載明之事項，如發生疑議時雙方得協商，並依政府採購法等相關法令與規定辦理。
- 7.本契約以中華民國法律為準據法，並以甲方所在地之地方法院為第一審管轄法院。

十四、本契約正本兩份，甲乙方各執一份，副本二份由甲方收存，本契約附件均與契約書有同等效力

※(共計一式四份，正本二份請自貼印花)

立契約人：甲 方：中國醫藥大學

校 長：洪明奇

住 址：台中市學士路 91 號

乙 方：

負責人：

住 址：

統一編號：

廠 商 自 貼	印 花 四 元
------------------	------------------